

**Stadtmuseum Aarau
Sammlung Kern**

Bezeichnung	Tastapparat (Spaltnikrometer)		
Inv. Nr.	295		
	Psychotechnischer Apparat zur Prüfung des Untersuchung des räumlichen Tastgefühls		
Gruppe	Spezial- und Laborinstrumente		
Material	Fuss Gusseisen, schwarzer Strukturlack; Platte mit Spalten Neusilber, blank		
Beschreibung	Waagrechte, matt polierte Platte mit festem Steg in der Mitte und mit 2 rechtwinklig zum Steg mittels Mikrometerschrauben verschiebbaren Teilen. Durch Verschieben der Plattenteile ergeben sich auf beiden Seiten des Steges ein Spalt von einstellbarer Breite. Auf einer Längsseite der Platte kann die Breite jedes Spaltes an einer Skala abgelesen werden. Der Proband muss gemäss seinem Unterscheidungsvermögen einen der Spalte auf die gleiche Breite des andern, vorher eingestellten Spalt einstellen. Skalen mit Teilungsintervallen von 0.5 mm, Nonius für 1/25 Intervall → 0.02 mm. Ablesung mittels Nonius bis 18 mm Spaltbreite, breitere Spalten bis 21 mm am Nullstrich des Nonius, (gleiche Skalen wie Inv. Nr. 294). An einer der Mikrometerschrauben zusätzlich zum Nonius (zwar eher anstelle des Nonius) eine Trommelskala für die Ablesung von 1/100 mm.		
Beziehungen	Vgl. Inv. Nr. 292, 293, 294, 296, 297, 298, 454 (weitere psychotechnische Apparate).		
Dimensionen (Millimeter)	Gerät L: 170 B: 57 H: 56	Transportbehälter L: B: H:	
Autor, Hersteller	Kern (keine Gravur)	Herkunft	
Zustand	Verstaubt und verschmutzt, im übrigen guter Zustand und funktionsfähig.		
Erwerbsjahr	1988	Vorbesitzer	
Erwerbsart	Sammlung Kern Geschenk von Kern & Co AG Aarau		
Invent. am 05.12.1995	durch Ae	Inv. Nr. alt	Inventar Kern vom 16.03.1987: Blatt 11, Nr. 5.2
Diverses, vertrieben.	Nach Angaben des Psychotechnischen Institutes Zürich von Kern gebaut und		
Objektgeschichte			
Literatur	Prospekt Psychotechnische Apparate, Inv. Nr. 525 (Ordner A5 mit Prospekten zu verschiedenen Spezialinstrumenten)		